



LABORATUVAR GÜVENLİK TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için uyulması gereken kuralları belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

4. UYGULAMA

Genel Laboratuvar Kuralları:

- Kapıları açıp kaparken, bir laboratuvara girip çıkarken özel dikkat gösterilmelidir.
- Yangın çıkışları, boy ve göz duşları daima açık tutulmalı ve engellenmemelidir.
- Laboratuvarlarda sigara içmek, bir şeyler yemek veya içmek, makyaj yapmak yasaktır.
- Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme tüm laboratuvar çalışmalarında kullanılmalıdır.
- Laboratuvardan çıkarken bu kıyafetler bulaştırma risklerini azaltmak için çıkarılmalıdır.
- Laboratuvar çalışmalarında laboratuvar önlükleri iliklenmiş olarak giyilmelidir.
- Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kapatan giysiler (kısa kollu, şort veya etek değil) giyilmelidir
- Parmak, topuk ve ayağın üstünü örten kapalı ayakkabı giyilmelidir (açık ayakkabı ve terlikler uygun değildir).
- Yaralanma riskinin olduğu yerlerde güvenlik gözlüğü ve eldivenleri kullanılmalıdır.
- Kimyasallarla çalışmalarda emniyet gözlüğü takılmalıdır.
- Tüm maddelerin (katı/sıvı) potansiyel olarak tehlikeli olduğu düşünülmelidir.
- Ağızla sıvı boşaltılması, pipetlerin çekilmesi yasaktır.
- Tüm atıklar laboratuvar atık sistem prosedürlerine uygun kaplara atılmalıdır.
- Çalışma alanında gereksiz madde ve aparatlar bulundurulmamalıdır.
- Tüm kaplar, şişeler ve numuneler; isim, tarih, tehlike ve sistemin istediği bilgileri gösterecek şekilde etiketlenmelidir.
- Özel olarak imal edilmiş kap, şişe haricinde diğer kap veya şişelerin, özellikle yiyecek/içecek şişelerinin herhangi bir sebeple laboratuvarlarda kullanılması çok büyük kazalara yol açabilir.
- Tüm kaplar ve şişeler, dolu veya boş, uygun şekilde depolanmalı ve muhafaza edilmelidir.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--


- Çalışmalar bitince çalışma ortamı ve kullanılan malzemeler temizlenmeli, tüm cihazlar ve tesisat kapatılmalı, kullanılan cihaz ve malzemeler esas yerlerine konmalıdır.
- Laboratuvarından çıkarken eller iyice yıkanmalıdır.
- Göz kazaları halinde, tıbbi yardım beklenirken göz yirmi dakika akan suyla yıkanmalıdır.
- Yaralanma halinde ilk yardım istenmeli veya yapılmalı, birim yetkilisine haber verilmeli ve olay rapor edilmelidir.
- Saçılma, kırılma veya kaza durumunda amirler mümkün olan en kısa sürede haberdar edilmelidir. Kaza, acil durum ve boşaltma işlemlerinde acil durumla görevli personel ve amirlerin talimatlarına uyulmalıdır.
- Kimyasallar veya elektrikli cihazlar ön bilgilendirme ve risk değerlendirmesi yapılmadan, normal bulunduğu alandan diğer bir alana götürülmemelidir.
- Çalışanlar çalışma yaptıkları bölge için kendileri düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmalıdırlar. Bu risk değerlendirmesi için bir başkası veya sorumlular beklenmemelidir.
- Bina ve laboratuvarında uygun yerlere yangın söndürücüler konulmuştur. Yangın söndürücülerin kullanımı halinde bina sorumlusuna, yangın söndürücünün değiştirilmesi ve tekrar dolumunun ayarlayabilmesi için bilgi verilmelidir. Yangın söndürücülerin amacı dışında kullanımı yasaktır.
- Laboratuvarlarda tek başına çalışılmamalı, duyum mesafesinde veya çalışanın yerini bilen ikinci bir şahsın olması sağlanmalıdır.
- Kimyasal maddeleri veya ekipmanları kullanılırken, kullanıcılar bu madde ve ekipmanın olası tehlikeleri konusunda tam bilgi sahibi olmalıdırlar.
- Tüm tehlike arz eden olay ve kazalar bildirilmelidir.
- Çalışılacak olan laboratuvarında daha önce yapılmamış bir işlem yapılacak ise, bu iş yapıldığında muhtemel tehlikeleri belirlemek için risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kimyasal madde ile çalışırken uyulması gereken genel kurallar:

- Kırılabilir şişelerdeki kimyasalları taşıırken muhakkak uygun bir taşıma sistemi, örneğin taşıma sepeti, kullanılmalıdır.
- Birbiriyle reaksiyona girebilecek kimyasallar beraber taşınmamalıdır.
- Toksik, uçucu ve kokulu maddelerle çalışırken muhakkak çeker ocak kullanılmalıdır.
- Kimyasallarla temas eden deri bölgesi, kimyasalın konsantrasyonu ne olursa olsun yıkanmalıdır.
- Açık alevli veya kıvılcım çıkarıcı cihazlar, yanıcı sıvı ve buharlardan uzak tutulmalıdır.
- Tüm kimyasal kap ve şişeleri kullanım haricinde kapalı tutulmalıdır. Bu buharların ortama karışmasını sınırlar, saçılma riskini azaltır.
- Şişmiş, akıtan veya şüpheli kimyasal kapları, şişeleri kullanılmamalı veya açılmamalı, güvenlik sorumlusuna danışılmalıdır.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
---	--	---

➤ Tehlikeli kimyasalları kullanmadan önce muhakkak risk değerlendirmesi yapılmalıdır.



- Toksik, yüksek buhar basınçlı ve koroziv maddeler için mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır.
- Kimyasalları akıtırken kap veya şişenin etiketi, damla ve akıntılardan zarar görmemesi ve kirlenmemesi için daima yukarı getirilmelidir.
- Asit veya bazlar, küçük kaplara dolum için damacanalardan doğrudan akıtılmamalı, daima sifonlanmalıdır.
- Asitlerin ve katı kostiklerin üzerine hiçbir zaman su dökülmemelidir.
- Sıvıları büyük kaplardan küçük kaplara aktarırken uygun huni veya sistem kullanılmalıdır. Bu küçük kaplar da büyüğü gibi aynen işaretlenmelidir.
- Şüphe halinde hiçbir İŞLEM YAPILMAMALI, daha yetkili personele danışılmalıdır.
- Atık kimyasallar lavabolardan dökülmemeli, usulüne uygun bertaraf için özel olarak işaretlenmiş kaplarda biriktirilmeli ve prensipte (eğer karışımın özel bir tehlike yaratmadığı bilinmiyorsa) katıyetle birbirlerine karıştırılmamalıdır.
- Kimyasallarla kirli camlar da tehlikeli atık olarak bertaraf için ayrı toplanmalıdır.
- Bir laboratuvara girince güvenlik işaret araçlarının yer ve işlevlerine dikkat edilmelidir.
- Laboratuvarda çalışacak olanlar, çalışmaya başlamadan önce bu araç ve işaretler konusunda bilgi sahibi olmak zorundadırlar.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--	--

➤ Kimyasal madde ile çalışırken oluşan kazalar sırasında **Kimyasal Madde Kaza Talimatına** göre işlem yapınız.

Biyolojik materyal ile çalışırken uyulması gereken genel kurallar:

- Çalışırken temasla enfekte olmamak için kimyasala dayanıklı eldivenler kullanılmalıdır veya çalışılan yüzey emici kağıt koyarak sıkça dezenfekte edilmelidir.
- Oral yolla bulaşı önlemek için çalışma sonunda ve laboratuvarından çıkarken eller mutlaka yıkanmalıdır.
- Aşılanma yapılmış olsa bile iğne, cam pipet, bistürü ucu gibi kesici maddeler kullanırken ciddi önlemler alınmalıdır.
- Enjektör iğnesi kullanımdan sonra kabına sokulmamalı, kırılıp bükülmemelidir. Kesiciler için uygun atık kabına atılmalıdır.
- Çalışma sonrası mutlaka yüzey dezenfekte edilmelidir.
- Kontamine atıklar belirli prosedürlere uyarak özel eldivenlerle, özel kaplarda taşınmalı ve atılmalıdır.
- Biyolojik materyaller ile çalışırken oluşan kazalar sırasında **Biyolojik Materyal Kaza Talimatına** göre işlem yapınız.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Kimyasal Madde Kaza Talimatı
- Kimyasalların Saklanması, Taşınması ve İmhası Talimatı
- MSDS Formları
- Biyolojik Materyal Kazaları Talimatı
- Tıbbi Atık Talimatı
- Laboratuvar Yangın Talimatı

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKİ
--	--	--



BİYOLOJİK MATERYAL KAZA TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında oluşabilecek Biyolojik Materyal Kazalarına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

Yüzey Kontaminasyonu

- Kontamine alan tespit edilerek, izole edilir.
- Diğer laboratuvar çalışanları uyarılır.
- Maşa/forseps yardımı ile kırık camlar toplanır.
- Dökülen sıvı üzerine absorban malzeme (kâğıt havlu veya süzgeç kağıdı) örtülür, dökülen maddenin emildiğinden emin olunur gerekiyorsa işlem tekrarlanır.
- Absorban örtünün üzerine dezenfektan dökülür.
- Dezenfektanın yaklaşık 20 dakika kalması sağlanır.
- Süre sonunda absorban alınarak ortam alkol veya yüzey deterjanı, su ile yıkanır.
- Bu arada kirlenen materyal hemen atık kabına atılır.
- Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir.

Personel Kontaminasyonu

- Vücudun temas eden bölgesi sabunlu su ile, gözler göz yıkama solüsyonu ile ağız serum fizyolojik ile yıkanır.
- Kontamine giyecekler çıkarılır.
- İlk yardım uygulanır ve “acil durum” olarak davranılır.
- Durum hakkında laboratuvar sorumlusuna bilgi verilir.
- Tedavi için doktora başvurulur.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKİ
--	--



KİMYASAL MADDE KAZA TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında oluşabilecek Kimyasal Madde Kazalarına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

Kimyasal Yüzey Kontaminasyonu

- Dökülen kimyasalın yayıldığı bölge sınırlandırılır.
- Kapıları kapatarak/kilitleyerek ve uyarı yazısı asarak dökülme bölgesi izole edilir.
- Tıbbi laboratuvar çalışanları konu hakkında uyarılır.
- Dökülen kimyasal madde 5 litreden fazla ise veya dökülen madde çok tehlike ise alan boşaltılır.
- Laboratuvarda bulunan tüm elektrik düğmeleri ve gaz vanaları kapatılır.
- Kimyasal dökülmelerde kullanmak üzere; Kişisel koruyucu ekipmanların (lastik eldiven, lastik bot, faraş, absorban, nötreliyan, atık kovasının) bulunacağı dolaplar oluşturulur.
- Asit, baz, solventler ve civa vb dökülmeleri için ayrı ayrı hazırlanmış MSDS (materyal güvenlik formu) formlarındaki talimata uygun şekilde temizlenir.
- Kontamine malzeme uygun etiketli tıbbi atık kutusuna atılır.
- Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir.

Personellerin Kimyasallarla Kontaminasyonu

- Çalışma arkadaşları uyarılır.
- Kontamine olmuş elbiseler çıkarılır.
- Suyu (duş/lavabo/göz yıkama ünitesi) bolca akıtarak etkilenmiş vücut bölgeleri 15-20 dakika yıkanır.
- Eğer gerekli ise ilk yardım uygulanır.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKİ
--	--	--

- Olay laboratuvar sorumlusuna bildirilir.
- Tedavi için doktora başvurulur.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Laboratuvar Güvenlik Talimatı
- MSDS Formları
- Tıbbi Atık Talimatı

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--	--



LABORATUVAR YANGIN TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında oluşabilecek yangınlara yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Laboratuvar yangın alarmını çalıştırınız.
- Yangının büyüklüğüne ve niteliğine göre 112 itfaiyeyi arayın /yangın söndürücü kullanın, elektrikleri kesin veya laboratuvarı tahliye ediniz.
- Yangını sorumlu ve diğer laboratuvar çalışanlarına haber veriniz.
- Yangına tek başınıza müdahale etmeyiniz.
- Kimyasal yangınlarına kesinlikle su ile müdahale etmeyiniz.
- Laboratuvardaki yanıcı, parlayıcı maddeler ortamdan uzaklaştırınız.
- Çalışanlardan birisi alev aldıysa müdahale ediniz (yangın söndürücü vs.).

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Laboratuvar Güvenlik Talimatı
- Kimyasal Madde Kaza Talimatı
- MSDS Formları
- Kimyasalların Saklanması, Taşınması ve İmhası Talimatı

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKİ
--	--	--



KİMYASALLARIN SAKLANMASI / TAŞINMASI / İMHASI TALİMATI



1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında bulunan Kimyasalların Saklanması, Taşınması ve İmhasına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

Kimyasalların Taşınması

- Zehirli, tahriş edici veya yanıcı gaz veya partikül yayan kimyasal maddeler insanlarla birlikte asansörde taşınmamalıdır.
- İçinde kimyasal madde bulunan cam şişeleri boğazlarından tutularak taşınmalıdır.
- İçinde kimyasal madde bulunan maddeler kapalı koruyucu kutular içinde taşınmalıdır.
- Ağırlığı büyük kimyasallar mümkünse tekerlekli arabalarda taşınmalıdır.

Etiketleme ve Saklama

- Kimyasallar, numuneler, çözeltiler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket üzerinde hazırlanış tarihi, saklama süresi, numune sahibi, çözeltinin numunenin özellikleri ve diğer gerekli olabilecek bilgiler yer almalıdır.
- Numunenin/ Çözeltinin yeni bir kaba aktarılması durumunda yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır.
- Tüm araştırmacılar ve laboratuvar yönetimi tarafından alınan her türlü kimyasal madde “kimyasal madde saklama odası”nda stoklanmalıdır. Araştırma/uygulama projelerine ait kimyasal maddelerin bu durumları üzerlerindeki etikette ve envantere belirtilmelidir.
- Satın alınan kimyasal maddeler envantere kayıt edilmeli güvenlik bilgi formları dosyasına eklenmelidir.
- Azalan kimyasal maddeler envantere ayrılan açıklama bölümüne kayıt edilmeli ve laboratuvar bölümüne bildirilmelidir.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU	ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--

➤ Kimyasal maddeler tehlike durumlarına göre depolanmalıdır. Kimyasallar kullanıldıktan sonra yerlerine geri konulmalıdır.

KİMYASAL DEPOLAMA MATRİSİ							
							
	+	-	-	-	-	+	-
	-	+	-	-	-	-	-
	-	-	+	-	-	+	-
	-	-	-	+	-	-	-
	-	-	-	-	+	○	-
	+	-	+	-	○	+	-
	-		-	-	-	-	+
+ BİRLİKTE DEPOLANABİLİR - BİRLİKTE DEPOLANAMAZ ○ ÖZEL ÖNLEM ALINARAK DEPOLANABİLİR							

- Koroziv maddeler çelik dolaplarda saklanmalıdır.
- Uçucu özelliğe sahip kimyasal maddeler +4°C de saklanmalıdır.
- Kimyasal madde miktarı ihtiyaca göre belirlenmeli ve maddenin raf ömrü göz önünde bulundurularak satın alınmalıdır.
- Bazı bileşikler ışığa maruz kaldığında bozulmamaları için ışığı geçirmeyen kaplar veya renkli şişelerde saklanmalıdır.

Kimyasal Maddelerini İmhası

- Kimyasal maddeler rastgele lavabo veya açık alanlara dökülmemeli. Bu konudaki yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Laboratuvarda oluşan atıklar evsel atık, biyolojik/kimyasal atık ve kırık cam olmak üzere sınıflandırılarak uzaklaştırılmalıdır.
- Tehlikeli kimyasal içeren hasar görmüş şişelerde “tehlikeli kimyasal atık” gibi işlemler uygulanmalıdır.
- Atık kutularında belirtilen sınıflara dikkat ederek atıklar uzaklaştırılmalıdır.

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--	--

- Her birimde temel kimya eğitimine sahip bir çalışan kimyasal atık sorumlusu olarak görevlendirilir ve kimyasal atıklar onun gözetiminde biriktirilir/toplanır.
- Tehlikeli kimyasal atıkların bulunduğu yere ‘‘Tehlikeli kimyasal atık’’ uyarısı konmalıdır.
- Sivri uçlu atıklar özel kutularda uzaklaştırılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Laboratuvar Güvenlik Talimatı
- Kimyasal Madde Kaza Talimatı
- MSDS Formları
- Laboratuvar Yangın Talimatı

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
---	--	---

	TIBBİ ATIK TALİMATI	
---	--------------------------------	---

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarında oluşan Tıbbi Atıklar ile ilgili işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- Kesici- delici atık kabı(bu amaç için özel, sızdırmaz, delinme, yırtılma ve kırılmaya dayanıklı, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan özellikte) en fazla 3/4 oranında doldurulur.
- Disposable enfeksiyöz atıklar için atık kovasına uygun büyüklükte otoklav poşeti yerleştirilir. Atıkları bu şekilde hazırlanmış kovaya biriktirilir. Kova aşırı şekilde doldurulmaz.
- Geri dönüşümlü kirli camlar doğrudan (poşetsiz) atık kovası içinde kova aşırı biçimde doldurulmayacak şekilde biriktirilir.
- Kovalar (disposable veya cam malzeme kovası); yaklaşık 3/4'ü dolduğunda dikkatlice 250-500 mililitre su veya germisidal solüsyon eklenir. Kovaya germisidal/su eklenirken sıçratmamaya dikkat edilir.
- Poşetin ağzı toplanır, bağlanmaz.
- Atık dolu kovanın kapağı kapatılır.
- Kovanın üzerine kovanın içerdiği kirlinin niteliği yazılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Laboratuvar Güvenlik Talimatı
- Biyolojik Materyal Kazaları Talimatı

HAZIRLAYAN Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halil İsa KURU		ONAYLAYAN Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özge SAKARYA ÇINKI
--	--	--